

## Наборы мер бетонных с искусственными дефектами УПТ 1

### НАЗНАЧЕНИЕ

Набор мер бетонных с искусственными дефектами УПТ1 (далее – меры бетонные) предназначен для поверки, калибровки и настройки томографов ультразвуковых низкочастотных строительного назначения.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Метрологическое обеспечение строительства.

### КОД МЕР:

МБ1, МБ2, МБ3, МБ4

### КЛАСС ПРОЧНОСТИ БЕТОНА:

В15, В30

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ:

502×202×52, 505×203×606



Номинальное значение толщины мер бетонных МБ1, МБ2, мм	50
Допускаемые отклонения толщины мер бетонных МБ1, МБ2 от номинального значения, мм	± 2
Номинальное значение толщины мер бетонных МБ3, МБ4, мм	200, 500, 600
Допускаемые отклонения толщины мер бетонных МБ3, МБ4 от номинального значения, мм	
- для толщины 200	± 3
- для толщины 500	± 5
- для толщины 600	± 6
Отклонение от перпендикулярности смежных граней, не более, мм	2
Отклонения от плоскостности рабочих поверхностей, не более, мм	2